

Lublin, dnia 20.04.2026 r.

znak sprawy: A-2401-19/2026

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa komory klimatycznej dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 sztuka

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpływieniem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną z zakresem temperatury $-10... +50^{\circ}\text{C}$ (oświetlenie włączone lub wyłączone)?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ stanowiący Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia (wersja jednolita w załączeniu, zmiany zaznaczono kolorem zielonym). Jednocześnie Zamawiający informuje, że w punkcie 2 Załącznika nr 1 do SWZ nie stawia warunku w zakresie oświetlenia podczas pracy urządzenia, czy ma być włączone, czy wyłączone (możliwość programowania cykli pracy oświetlenia (tryb dzień/noc) jest wymagana w punkcie 13 Załącznika nr 1 do SWZ).

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną ze specjalistycznym oświetleniem LED?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.

Pytanie nr 3:

Dot. pkt 2 Załącznika nr 1 – Kosztorysu ofertowego.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o pojemności 719 litrów przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ stanowiący Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia (wersja jednolita w załączeniu, zmiany zaznaczono

kolorem zielonym).

Pytanie nr 4:

Dot. pkt 9 Załącznika nr 1 – Kosztorysu ofertowego.

Czy zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w postaci oświetlenia led przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ podkreślono kolorem zielonym):

Zmiana nr 1:

Zmianie ulegają ustępy 1 i 3 rozdziału XV SWZ „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć za pośrednictwem Systemu, zgodnie z postanowieniami rozdziału XII SWZ, w terminie do dnia **29.04.2026 roku do godziny 12:00**.
- Otwarcie ofert za pośrednictwem Systemu (<https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl>) nastąpi w dniu **29.04.2026 roku o godzinie 12:30**.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 2:

Zmianie ulega ust. 1 rozdziału XIV „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **27.07.2026 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 3:

Zmianie ulega punkt 2 Kosztorysu ofertowego/Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

Było:

2.	Pojemność całkowita komory: 600 - 700 litrów	Warunek konieczny
----	--	-------------------

Jest:

2.	Pojemność całkowita komory: 600 - 700 litrów (tolerancja + 10%)	Warunek konieczny
----	---	-------------------

Zmiana nr 4:

Zmianie ulega punkt 5 Kosztorysu ofertowego/Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

Było:

5.	Zakres regulacji temperatury: 0 - 60 °C	Warunek konieczny
----	---	-------------------

Jest:

5.	Zakres regulacji temperatury $\geq 0 - 50$ °C	Warunek konieczny
----	---	-------------------

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

D Y R E K T O R

dr hab. Cezary Stawiński,
koresp. PAN

Załącznik:

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, wersja jednolita po zmianach z dnia 20.04.2026 r.

